

動物用 管理医療機器 その他の内臓機能検査用器具

トノベット Plus の付属品 (プローブ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ プローブは単回使用品につき再使用は絶対にしないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状



先端部原材料：ポリブチレンテレフタレート

仕様

眼圧測定範囲：10～60mmHg

【使用目的又は効果】

使用目的：

動物の眼球内の圧力を眼球壁の緊張度に基づいて角膜を介して測定し、情報を診断のために提供する。

対象動物は、犬、猫、ウサギ、馬である。

効能又は効果：

反発法を用いた技術により、犬、猫、ウサギ、馬の眼圧測定を行う。

【使用方法等】

本品の操作方法又は使用方法等に関しては、トノベット Plus の添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

本品の使用上の注意に関しては、トノベット Plus の添付文書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

使用期間

- ・ プローブは単回使用に限り、再使用はしないこと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：

株式会社エムイーテクニカ

〒335-0002 埼玉県蕨市塚越 1-8-22

TEL：048-420-9604 FAX：048-420-9606

製造業者：

アイケア・フィンランド/ Icare Finland Oy

フィンランド