

機械器具 21 内臓機能検査用器具
動物用 管理医療機器 その他の内臓機能検査用器具 (眼圧計)
トノベットの付属品
(プローブ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】*

- ・プローブはディスポーザブル製品につき再使用は絶対にしないこと。

【形状・構造及び原理等】*



先端部原材料: ポリブチレンテレフタレート (Valox312c)

質量: 26.5mg

【使用目的、効能又は効果】

使用目的:

猫、犬等の小動物の眼圧を測定する。

効能又は効果:

反発法を用いた技術により、眼圧測定を行う。

【品目仕様等】

測定範囲: 1mmHg～99mmHg

【操作方法又は使用方法等】*

本品の操作方法又は使用方法等に関しては、トノベットの添付文書を参照すること。

【使用上の注意】*

本品の使用上の注意に関しては、トノベットの添付文書を参照すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】*

本品を保管するときには、次の事項に注意すること。

- ・汚れ及び水分を完全に除去してから保管すること。
- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) など安定状態に注意すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

使用期間について

- ・プローブは単回使用に限り、再使用はしないこと。

【保守・点検に係る事項】*

- ・使用前には必ずプローブに変形等の異常が無いことを確認すること。

【包装】*

100 本入り / 1 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者:

株式会社エムイーテクニカ

〒335-0002 埼玉県蕨市塚越 1-8-22

TEL: 048-420-9604 FAX: 048-420-9606

製造業者:

アイケア・フィンランド / Icare Finland Oy

フィンランド