

機械器具 21 内臓機能検査用器具  
管理医療機器 眼圧計 16809000  
アイケア ic100 の付属品  
(プローブ)

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- ・プローブは一回限りの使用とし絶対に再使用しないこと [相互感染の危険性がある]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：  
株式会社エムイーテクニカ  
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4  
TEL: 03-5395-4588 FAX: 03-5395-4866

製造業者：  
アイケア フィンランド / Icare Finland Oy  
フィンランド

**【形状・構造及び原理等】**

形状



原材料

先端部原材料：ポリブチレンテレフタレート

※本品に天然ゴムは使用していない。

仕様

眼圧測定範囲：7～50mmHg

**【使用目的又は効果】**

眼球内の圧力を眼球壁の緊張度に基づいて角膜を介して測定し、情報を診断のために提供すること。

**【使用方法等】**

本品の操作方法又は使用方法等に関しては、アイケア ic100 の添付文書を参照すること。

**【使用上の注意】**

本品の使用上の注意に関しては、アイケア ic100 の添付文書を参照すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

使用期間

- ・プローブは単回使用に限り、再使用はしないこと。

アイケア ic100 の取扱説明書を必ずご参照ください。